



INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
11000 Beograd, Dr Subotića 5
www.batut.org.rs

| | |
|-----------|-----------|
| Strana: 1 | Ukupno: 2 |
|-----------|-----------|

Telefon centrala: 2684 566
Broj računa: 840-624667-70

Faks: 2685 140
Matični broj: 07036027

e-mail:
PIB:

IZ 5.10-01/A
prijemnik@centra.zjz.ba.gov.rs
10200030

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

efikasnosti

| | |
|--------|--|
| Broj: | |
| Datum: | |

PODACI O PODNETOM ZAHTEVU

| | |
|--|--|
| NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA | "Hero" Proizvodnja sredstava koja služe za privredne svrhe i domaćinstvo |
| ADRESA, TEL/FAKS PODNOŠIOCA ZAHTEVA | 22320 Indija, ul.Boška Buhe 14; Tel./Fax.:022/558-652 |
| BROJ I DATUM ZAHTEVA/UGOVORA | 110/15 od 26.05.2015. |
| DELOVODNI BROJ IJZS | 3534/1 od 26.05.2015. |
| ZAHTEVANO ISPITIVANJE | mikrobiološko |

PODACI O UZORKU

| | |
|-------------------------------|--|
| NAZIV UZORKA | Nerazblaženo sredstvo Hero Manus B |
| IDENTIFIKACIONA OZNAKA UZORKA | 1933 |
| PROIZVOĐAČ | |
| VLASNIK | "Hero" Proizvodnja sredstava koja služe za privredne svrhe i domaćinstvo |
| UVOZNIK | |
| ŠPEDICIJA | |
| ZEMLJA PROIZVOĐAČ | |
| ZEMLJA ISPORUČILAC | |
| UZORKOVANJE IZVRŠIO | podnosilac zahteva |
| DATUM UZORKOVANJA | 26.05.2015. |
| DATUM PRIJEMA UZORKA | 26.05.2015. |

Napomena:

IZVEŠTAJ SE ODNOSI SAMO NA OBAVLJENA ISPITIVANJA
BEZ ODOBRENJA LABORATORIJE IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU SME SE UMNOŽAVATI ISKLJUČIVO KAO CELINA
INSTITUT JE ODGOVORAN ZA PODUGOVORENI POSAO

NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU
I HUMANU EKOLOGIJU

Dr sci.med Jovanovski Zorica spec higijene





INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLJE SRBIJE
"Dr Milan Jovanović Batut"
11000 Beograd, Dr Subotića 5
<http://www.batut.org.rs>

| | |
|-----------|-----------|
| Strana: 2 | Ukupno: 3 |
|-----------|-----------|

IZ 5.10-01/C3

Telefon centrala: 2684 566 Faks: 2685 140 e-mail: prijemnakancelarija@batut.org.rs
Broj računa: 840-624667-70 Matični broj: 07036027 PIB: 102000930

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
LABORATORIJA ZA SANITARNI PREGLED VODA, NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE
UPOTREBE**

REZULTATI ISPITIVANJA DEZINFEKCIONE EFIKASNOSTI PROIZVODA

| |
|--|
| Naziv uzorka: Nerazblaženo sredstvo Hero Manus B(namenjen higijenskoj i hirurškoj dezinfekciji ruku i antiseptik). |
| Identifikaciona oznaka uzorka: 1933 |
| Datum završetka analize: 28.05.2015. |

| Ispitivano | | Oznaka metode: UP-175 | | |
|--|--|-------------------------------------|-------|----------|
| Test mikroorganizmi | Koncentrac. test mikroorganizam po MC Farlandu | Ispitane koncentracije: nerazblažen | | |
| | | Vreme delovanja dezinficijensa | | |
| | | 30 sek | 1 min | kontrola |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | 2 (6 x 10 ⁸ /ml) | - | - | ++ |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | 2 (6 x 10 ⁸ /ml) | - | - | ++ |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 35659 | 2 (6 x 10 ⁸ /ml) | - | - | ++ |
| <i>Ps. aeruginosa</i> ATCC 27853 | 2 (6 x 10 ⁸ /ml) | - | - | ++ |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 33862 | 2 (6 x 10 ⁸ /ml) | - | - | ++ |
| <i>Enterococ. faecalis</i> ATCC 29212 | 2 (6 x 10 ⁸ /ml) | - | - | ++ |
| <i>Bacillus cereus</i> ATCC 11778 | 2 (6 x 10 ⁸ /ml) | - | - | ++ |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | 2 (6 x 10 ⁹ /ml) | - | - | ++ |

Legenda: + rast test mikroorganizama u bujonu posle kontakta sa dezinfekcionim preparatom
- odsustvo rasta test mikroorg. posle kontakta tj. dezinfekcioni efekat

Napomena: **Preparat/sredstvo nerazblažen ISPOLJAVA potpuno dezinfekciono dejstvo nakon 30 sekundi od kontakta sa gore navedenim CR bakterijama i gljivicom.**

Odgovorni analitičar:
Dr Marina Radovanović, spec.
mikrob. sa parazitologijom.



Šef odseka za sanitarnu mikrobiologiju:
Milan Radović, spec. mikr. hrane

Šef Odeljenja laboratorija za ekotoksikologiju:
Dragana Radić Jovanović, spec. fiz.hem